



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.13.000.M.000280.06.22 ОТ 21.06.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

1. Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Орто Клуб СПб", г. Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 18, литера А, помещение 810-Н (пом. 108) ИНН 7813614218; ОГРН 1187847173183
2. ФИО руководителя: Генеральный директор Рябчинская Эльвира Александровна, тел. 8-921-755-09-75
3. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический стоматологический кабинет
4. Ограничительные условия: эксплуатация рентгеновских аппаратов допускается только при наличии системы радиовизиографии. Рабочая нагрузка рентгеновских аппаратов не должна превышать 40 (мА х мин)/нед. В соответствии с п.3.2.7. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" - допустимая мощность дозы (ДМД) рентгеновского излучения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеновские исследования не должна превышать 0,3 мкГр/ч.

Место проведения работ: 1 этаж, рентгенодиагностический стоматологический кабинет (пом. 108)

Вид источника: генерирующий

Тип источника: аппарат рентгеновский дентальный с системой радиовизиографии

Марка аппарата: "Fona X70"

Фирма, завод-изготовитель: "Фона С.р.л.", Италия

Заводской номер: 3607FH6130

Год выпуска: 2020

Год ввода в эксплуатацию: 2022

Вид работ: рентгенография

Место проведения работ: 1 этаж, рентгенодиагностический стоматологический кабинет (пом. 108)

Вид источника: генерирующий

Тип источника: аппарат рентгеновский цифровой панорамный

Марка аппарата: "PAPAYA 3D"

Фирма, завод-изготовитель: ООО "С.П. ГЕЛПИК"

Заводской номер: GCT-122014-70421

Год выпуска: 2021

Год ввода в эксплуатацию: 2022

Вид работ: рентгенография

Зуева М.А., 328-05-22



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Башкетова Наталья Семеновна

